ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лабораторный центр общества с ограниченной ответственностью "Краевой центр охраны труда "ЮТАР"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21AH84

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **355008, РОССИЯ, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Гражданская, дом 11, офис № 18.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

355008, РОССИЯ, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Гражданская, дом 11, офис № 18.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ЮСУК.09.0001 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение освещенности;	Производственные помещения;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.2.	ЮСУК 2.859.005 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение освещенности;	Производственные помещения;	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	ЮСУК.13.0002 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
2.4.	ГОСТ ISO 9612-2016;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 30 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	Расчетный показатель: -
2.5.	БВЕК.438150-005РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Общий уровень звукового давления	- от 30 до 150 (дБ) от 30 до 150 (дБ Лин)
					Уровень звука	- от 30 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Уровень звукового давления	- от 30 до 150 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 30 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Эквивалентный уровень звукового давления	- от 30 до 150 (дБ) от 30 до 150 (дБ Лин)
2.6.	МГФК 410000.001 РЭ. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВт/м²)
2.7.	ГНКБ.411153.002 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-50 МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	- от 0,5 до 1500 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3-40 ГГц	- от 0,26 до 1000000 (мкВт/см²)
2.8.	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ Измеритель параметров магнитного и электрического полей трехкомпонентный "ВЕ-метр-АТ-003". Руководство по эксплуатации;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	- от 4 до 400 (мА/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Плотность магнитного потока, магнитная индукция	- от 62,5 до 10000,0 (нТл)
					Плотность магнитного потока в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	- от 62,5 до 5000,0 (нТл)
					Плотность магнитного потока в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 0,5 до 40,0 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 0,05 до 4,00 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 0,05 до 8,00 (А/м)
2.9.	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.28.2019.33230);Тяжесть и напряженность трудового процесса;тяжесть трудового процесса;	Рабочие места;	-	-	Перемещение в пространстве	- от 0,02 до 13 (км)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий	- от 1 до 210000 (кгс*с)
					Количество наклонов корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)	- от 2 до 311 (ед.)
					Количество стереотипных рабочих движений за рабочий день (смену)	- от 480 до 61000 (ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	- от 0,1 до 1600,0 (кг)
					Рабочая поза	- от 2,5 до 100 (%)
					Физическая динамическая нагрузка	- от 1,00 до 71000 (кг*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Статическая нагрузка	- от 1 до 210000 (кгс*с)
2.10.	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.33.2019.33231);Тяжесть и напряженность трудового процесса;напряженность трудового процесса;	Рабочие места;	-	-	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса)	- от 1 до 91 (%)
					Работа с оптическими приборами	- от 1 до 76 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))	- от 1 до 76 (%)
					Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	- от 0,12 до 5 (ч)
					Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	- от 1 до 26 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	- от 1 до 310 (ед.)
					Число производственных объектов одновременного наблюдения	- от 1 до 26 (ед.)
					Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	- от 2 до 11 (ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	МИ АПФД-18.01.2018 Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32604);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	- от 1 до 250 (мг/м³)
					Среднесменная концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Расчетный показатель: -
2.12.	МИ ХВ-45.01-2018 Методика измерений массовой концентрации канифоли в воздухе рабочей зоны методом фотометрии для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.33987);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Массовая концентрация канифоли	- от 2,0 до 42,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.	МИ ХВ-42.01-2018 Методика измерений массовой концентрации серной кислоты в воздухе рабочей зоны методом фотометрии для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.33985);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 50,0 (мг/м³)
2.14.	МУ 08-47/356 Воздух рабочей зоны. Фотометрический метод измерений массовой концентрации соединений свинца (ФР.1.31.2014.17904);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Массовая концентрация соединений свинца	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
2.15.	МИ В6.02-2020 Методика измерений массовой концентрации витамина В6 в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом (ФР.1.37.2020.38028);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Массовая концентрация витамина В6	- от 0,05 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.	химия";инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);					
2.16.	Воздух рабочей зоны. Массовые концентрации железа, никеля, марганца и оксидов хрома в сварочных аэрозолях. Методика измерений фотометрическим методом» (ФР.1.31.2020.38725);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Массовая концентрация дихрома триоксида (по хрому (III))	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Массовая концентрация железа в пересчете на оксид железа (III)	- от 2,2 до 21,4 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида хрома (VI)	- от 0,003 до 0,060 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229);Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	- от 0,2 до +85 (˚С)
					Интенсивность теплового излучения	- от 10 до 3500 (Вт/м²)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 2,0 (м/с)
					Температура воздуха	- от 0,2 до +40 (˚С)
2.18.	МИ И.ИНТ-03.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный общий уровень звукового давления	- от 30 до 150 (дБ) от 30 до 150 (дБ Лин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ) от 0,0032 до 316 (м/с²)
2.20.	МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ)
2.21.	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 30 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	МИ УВ.ИНТ-04.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 20 кГц	- от 99 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 40 кГц	- от 109 до 151 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 25 кГц	- от 104 до 146 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 16 кГц	- от 89 до 130 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 12,5 кГц	- от 79 до 121 (дБ)
2.23.	МИ СС.ИНТ-07.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Прямая блескость	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.					Отраженная блескость	наличие/отсутствие -
					Освещенность рабочей поверхности	- от 20 до 6500 (лк)
2.24.	МИ УФ.ИНТ-12.01-2018 Методика измерения параметров ультрафиолетового излучения для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.37.2019.32434);Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 0,001 до 20 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 0,01 до 60 (Вт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 0,01 до 60 (Вт/м²)
2.25.	МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Магнитная индукция поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 150 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	- от 0,04 до 120 (кА/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 100 (кВ/м)
2.26.	МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 1 до 50 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 10 до 10000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 5 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 3 до 300 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 1 до 80 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 1 до 5000 (мкВт/см²)
2.27.	МИ ЭП.ИНТ-10.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 2 до 1000 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.	МИ ПМП.ИНТ-11.01-2018;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 10 до 250 (мТл)
2.29.	УШЯИ.411153.002 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 2 до 1000 (кВ/м)
2.30.	БВЕК.431440.001 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Среднеквадратическое значение модуля магнитной индукции	- от 0,05 до 150 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,04 до 120 (кА/м)
2.31.	РМКУ.411180.009 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Производственные помещения; Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 100 (кВ/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 3 до 300 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 5 до 500 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 100 до 10000 (В/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 50 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 1 до 50 (А/м)
2.32.	МИ ХВ-29.01-2018 Углеводороды алифатические предельные С1-С10. Методика измерений массовой концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32595);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Углеводороды алифатические предельные С(1)-С(10)	- от 50 до 4000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.	МИ ХВ-28.01-2018 Изопропиловый спирт. Методика измерений массовой концентрации изопропилового спирта с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32594);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Спирт изопропиловый	- от 5 до 200 (мг/м³)
2.34.	МИ ХВ-37.01-2018 Азота диоксид. Методика измерений массовой концентрации азота диоксида в пересчете на NO2 с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32675);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Азота диоксид	- от 1 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.	МИ ХВ-21.01-2018 Аммиак. Методика измерений массовой концентрации аммиака с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32565);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Аммиак	- от 2 до 100 (мг/м³)
2.36.	МИ ХВ-32.01-2018 Ксилол. Методика измерений массовой концентрации ксилола с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32643);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Ксилол (смесь изомеров)	- от 20 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.	МИ ХВ-33.01-2018 Сероводород. Методика измерений массовой концентрации сероводорода с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32670);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	- от 2 до 120 (мг/м³)
2.38.	МИ ХВ-34.01-2018 Спирт этиловый. Методика измерений массовой концентрации спирта этилового с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32671);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Этанол (этиловый спирт)	- от 200 до 5000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.	МИ ХВ-30.01-2018 Толуол. Методика измерений массовой концентрации толуола с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32596);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Метилбензол (толуол)	- от 25 до 2000 (мг/м³)
2.40.	МИ ХВ-20.01-2018 Фенол. Методика измерений массовой концентрации фенола с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32564);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Гидроксибензол (фенол)	- от 0,3 до 3 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.	МИ ХВ-39.01-2018 Фтористый водород. Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.31.2019.32677) ;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,25 до 20 (мг/м³)
2.42.	ИРМБ.413416.001 РЭ;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Углерода оксид	- от 2 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.	ЯРКГ 2.840.003-07 РЭ;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Этенилбензол (винилбензол; стирол)	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Этанол	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Углеводороды нефти	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Толуол	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Ксилол	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Диэтиловый эфир	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Бутилацетат	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Ацетон	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,15 до 2000 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,15 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.	ГОСТ 12.1.014-84;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Уайт-спирит /в пересчете на С/	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Этенилбензол (винилбензол; стирол)	- от 10 до 3000 (мг/м³)
					Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Ксилол (смесь изомеров)	- от 20 до 1500 (мг/м³)
					Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	- от 0,25 до 20 (мг/м³)
					Пропан-2-он (Ацетон)	- от 100 до 10000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин)	- от 0,1 до 1,0 (мг/м³)
					Азота оксиды /в пересчете на NO2/(азота окислы)	- от 1 до 200 (мг/м³)
					Этанол	- от 200 до 5000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Формальдегид	- от 0,25 до 5 (мг/м³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 2 до 250 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 5 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Углеводороды алифатические предельные С(1)-С(10)	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Озон	- от 0,05 до 15 (мг/м³)
					Метилмеркаптан	- от 0,20 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Метилбензол (толуол)	- от 25 до 2000 (мг/м³)
					Диэтиловый эфир	- от 100 до 500 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 2 до 120 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Гидрохлорид	- от 2 до 150 (мг/м³)
					Гидроксибензол (фенол)	- от 0,3 до 3 (мг/м³)
					Винилхлорид (хлорэтен)	- от 2 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Бензол	- от 5 до 1500 (мг/м³)
					Бензин	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 2 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Азота диоксид	- от 1 до 250 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
2.45.	СИТИ.415522.200 РЭ;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Воздух рабочей зоны; Рабочие места;	-	-	Азота оксиды /в пересчете на NO2/(азота окислы)	- от 1 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	- от 0,25 до 20 (мг/м³)
					Ксилол (смесь изомеров)	- от 20 до 1500 (мг/м³)
					Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин)	- от 0,1 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Пропан-2-он (Ацетон)	- от 100 до 10000 (мг/м³)
					Уайт-спирит /в пересчете на С/	- от 50 до 4000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Этенилбензол (винилбензол; стирол)	- от 10 до 3000 (мг/м³)
					Этанол	- от 200 до 500 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,25 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 2 до 250 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 5 до 300 (мг/м³)
					Углеводороды алифатические предельные С(1)-С(10)	- от 50 до 4000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Озон	- от 0,05 до 15 (мг/м³)
					Метилмеркаптан	- от 0,20 до 50 (мг/м³)
					Метилбензол (толуол)	- от 25 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Диэтиловый эфир	- от 100 до 500 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 2 до 120 (мг/м³)
					Гидрохлорид	- от 2 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Гидроксибензол (фенол)	- от 0,3 до 3 (мг/м³)
					Винилхлорид (хлорэтен)	- от 2 до 300 (мг/м³)
					Бензол	- от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Бензин	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 2 до 100 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 1 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Хлор	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ЮСУК.09.0001 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение освещенности;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Яркость	- от 10 до 200000 (лк)
3.2.	ЮСУК 2.859.005 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение освещенности;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
3.3.	УШЯИ.411153.002 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 2 до 1000 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	РМКУ.411180.009 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 100 до 10000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 5 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 3 до 300 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 100 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	БВЕК.431440.001 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение магнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,04 до 120 (кА/м)
					Среднеквадратическое значение модуля магнитной индукции	- от 0,05 до 150 (мТл)
3.6.	ГНКБ.411153.002 РЭ;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (0,03-50) МГц	- от 0,05 до 8 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	- от 0,5 до 1500 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3-40 ГГц	- от 0,26 до 1000000 (мкВт/см²)

Генеральный директор | Подписано электронной подписью | Ю.А. Бронников

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица