МТ0765747

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 24.49.33.000.М.001247.11.24 от 08.11.2024 г.

Условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) дентальным рентгеновским аппаратом "Planmeca ProX", зав. № IPX026588

по адресу: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2, пом. 123

Planmeca ProX - рентгеновский дентальный аппарат
Производитель: "Planmeca Oy", Финляндия
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)
Виды работ: прицельная рентгенография зубов
Максимальное напряжение на аноде 60 кВ
Максимальный анодный ток 8 мА
Ограничительные условия: рабочая нагрузка не должна превышать 40 (мА*мин.)/нед.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Акерт М.Р.

№0370908

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2023 г., «В».